



### **RESPOSTA A QUESTIONAMENTO**

Tendo em vista o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA, no qual alega " 1) *Tendo em vista que os itens são de procedência importada, os mesmos serão aceitos no prazo de entrega de 120 dias? Podendo estes se anteciparem. Ou será aceito prorrogação do prazo?* "

1) Resp: Prezados informamos, que o prazo para entrega dos itens é de no máximo 10 dias (corridos), conforme descrito no edital. Tal fato se dá diante da necessidade e o caráter de urgência da Secretaria Requisitante, vez que se trata de aquisição mediante recurso que possui prazo de validade exíguo. Por esta razão, foi estipulado o prazo máximo, para que as empresas possam estar entregando dentro do tempo hábil.

2) *ITEM 01 - COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTATIL, PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA* 1- *Será aceito um equipamento para leitura direta de cloro livre e cloro total nas duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L;*? 2- *Será aceito um equipamento com precisão típica na faixa baixa de  $\pm 0,05$  mg/L e na faixa alta de  $\pm 0,2$  mg/L?* 3 - *Será aceito um equipamento com faixa de absorvância de 0 a 2,5 abs e precisão fotométrica de  $\pm 0,0015$  abs?* 4 - *Será aceito um equipamento sem saída USB e sem comunicação com sistema UNILIMS mas que possui memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display?* 5 - *Será aceito um equipamento com funcionamento apenas com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises?* 6 - *Será aceito um equipamento que acompanha 2x cubetas de vidro redondas com passo óptico de 25mm e 2x cubetas de plástico redondas com passo óptico de 10mm e não permite o uso de cubetas quadradas?*

2) Resp: No que tange o esclarecimento apresentado pela empresa, não tem como ser respondido neste momento, uma vez que a empresa deve apresentar os itens em conformidade com o exigido no edital. Os itens serão aceitos em conformidade com o edital, devendo a empresa analisar o descritivo que o edital solicita. Os mesmos serão analisados no momento da licitação pela parte técnica responsável, se os itens irão atender ou não o descritivo do edital.

São João da Ponte/MG, 22 de Agosto de 2022.

  
Guilherme Tadeu R. Santos  
Pregoeiro