

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João da Ponte
Fundação Municipal de Assistência à Saúde de São João da Ponte FUMASA
Pregão Eletrônico - 004/2023

Resultado da Homologação

0001 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X FIXO- SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X MÓVEL WIRELESS CERTIFICADO PELA ANATEL, COMPOSTO DE DETECTOR DO TIPO FLAT PAINEL (FDP) COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CLS) E TFT DE SILÍCIO AMORFO (A-SI) PIXEL PITCH MENOR OU IGUAL A 140 MICRONS COM MATRIZ SUPERIOR A 6 MEGAPIXELS E ÁREA ATIVA DE, NO MÍNIMO 35X42 CENTÍMETROS. CONVERSOR A/D DE, NO MÍNIMO 16 BITS. COMUNICAÇÃO WIFI DE 5GHZ E TEMPO DE PREVIEW DA IMAGEM EM ATÉ 5 SEGUNDOS. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EXPOSIÇÃO (AED). PESO MÁXIMO DO DETECTOR DE 3.5KG. PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS DE GRAU MÍNIMO IPX7 E CAPACIDADE DE SUPORTAR, DISTRIBUIDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR ATÉ 300KG DE CARGA. CAPACIDADE DE ARMAZENAR, NO MÍNIMO, 200 IMAGENS EM MODO AUTÔNOMO (SEM CONEXÃO COM O COMPUTADOR). ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍCIO COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 HORAS POR CARGA CONJUNTO COM DUAS BATERIAS E CARREGADOR PARA CARREGAR AS DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE. SOFTWARE COMPATÍVEL COM DICOM 3.0 E LICENÇAS DICOM PRINT, DICOM STORAGE, DICOM WORKLIST E MPPS. O SISTEMA DEVE SER COMPOSTO DE UM COMPUTADOR TIPO WORKSTATION PARA FUNCIONAR EM EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO POR REDE CABEADA ETHERNET COM VELOCIDADE 10/100/1000 MEGABITS POR SEGUNDO. MONITOR DA ESTAÇÃO FIXA DE, NO MÍNIMO, 1280X1024 PIXELS COM TELA TOUCH E 23 POLEGADAS. CAPACIDADE DE ARMAZENAR, PELO MENOS, 5.000 IMAGENS NO HD DA WORKSTATION. O SISTEMA DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - VIVIX3643 - Valor Referência: 164.266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	VIVIX3643	1 Unidade	88.000,00	88.000,00	Homologado em 29/05/2023 09:29:01 Por: Byanca Ferreira Campos

Byanca Ferreira Campos
Autoridade Competente

